

## 质量检验报告 Certificate of Analysis

产品名称 Product Name: 0.1 mL PCR 8联排管+光学平盖, 无酶, 透明		
货号 Catalog No: GC0004	批号 Lot No: HPHGP	
生产日期 Date of Manuf: Mar.10,2023	有效期 Expiry date: Mar.09,2028	
检验日期 Inspection date: Mar.10,2023	报告日期 Report date: Mar.12,2023	
储存温度 Store at: RT		
检测项目	检测标准	检测结果
外观	无黑点、气泡、拉痕等	合格
尺寸	符合图纸规格	合格
包装	包材、数量正确, 包装完好	合格
内毒素检测	< 0.1EU/mL	合格
RNase 检测	无 RNase	合格
DNase 检测	无 DNase	合格
结论	结果符合产品质量要求	
备注: 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。		

质检员 QC Checker:

封 腾

审核 Manager:

徐雪梅